



INSTRUCTIVO DE SANADOR DE PIQUETES: SanaTek



PAQUETE DE GARANTÍA

Impresión y registro en México:

Ciudad S.A. de C.V.
 Calle de la Tecnología 92
 Colonia San Miguel Arcángel, CP 02700,
 Aguascalientes, Ciudad de México, México.
 Tel. C.T. 01221-781 462 7565
 www.gruposanitek.com

CONDICIONES

1. La garantía se hará efectiva presentando esta póliza documentada y válida por el establecimiento que la vendió o la facturó, o en nuestro Centro de Servicio al Cliente en Avenida Encarnación 92,
 Colonia San Miguel Arcángel, CP. 02700,
 Aguascalientes, Ciudad de México, México.
 Tel. 55 5556 3900 / 800 462 2576 dando
 por sí, abovar, partes, componentes,
 consumibles y servicios.

2. Ciudad S.A. de C.V. se reserva el
 derecho de cancelar, o no, la garantía en
 cualquier momento, sin que exista
 obligación de avisar, a los consumidores
 de los cambios de política de garantía,
 o de la modificación de la misma.
 3. El consumidor podrá solicitar que se
 haga efectiva la garantía en el lugar de
 compra, o en cualquier otro punto de venta
 en México, donde lo solicite.


ALTERNATIVAS PARA LA VIDA

Ciudad S.A. de C.V. garantiza por (1) año este producto en
 todas sus partes y piezas, o en su caso, contra cualquier defecto de
 fabricación o consumo.

IMPORTANTE

El consumidor debe cumplir con las siguientes condiciones:
 Al Canstar el producto no ha sido utilizado en condiciones
 distintas a las normales. La garantía será otorgada de acuerdo con
 el tiempo de vida útil del producto. La garantía no se otorgará en
 el caso de modificaciones o de uso indebido.
 Cuando el producto falle o se dañe, el consumidor deberá
 presentar la póliza de garantía por Ciudad S.A. de C.V.

Producto:

Modelo:

Serie:

Marca:

Modelo:

Marca:

Modelo:

Marca:

Modelo:

Marca:

Modelo:

Marca:

Modelo:

Marca:

Modelo:

Modelo:

01/Atención

1. El uso instantáneo después de picadura del mosquito proporciona un mejor efecto. El efecto será limitado si el tratamiento se realiza después de mucho tiempo de la picadura, pero en la mayoría de los casos, aun puede aliviar la incomodidad y acelerar la sanación.
2. La sensación será diferente al aplicar el dispositivo en la piel normal, y en la piel después de ser picado por mosquitos.
3. Este dispositivo deberá ser utilizado bajo la supervisión de un adulto.
4. Los pacientes diabéticos y aquellos con piel extremadamente sensible NO deben utilizar el dispositivo.
5. Cuando el botón de operación no se puede encender, cargue el dispositivo con una fuente de alimentación mayor a 1A (5V cc), y desconecte la fuente de alimentación a tiempo para garantizar la seguridad en el uso de la electricidad.
6. Coloque el dispositivo en un lugar ventilado y seco, fuera del alcance de los niños.
7. Consulte a un médico si:
 1. Los síntomas o la inflamación empeoran.
 2. La comezón no mejora después de unos días de uso.
 3. Aparecen signos de infección o reacción alérgica grave (dificultad para respirar, inflamación excesiva, fiebre).

02/Alimentación y Carga

La primera vez que se use el dispositivo, es necesario cargarlo primero. El indicador NARANJA parpadeará mientras se esté cargando y se apagará cuando la carga esté completa. El tiempo de carga es de aproximadamente de 2 horas. Batería baja: El indicador se apagará después de emitir un pitido al encenderlo, o el indicador se apaga repentinamente durante la terapia física. Por favor, carga el dispositivo antes de usarlo.

04/Ilustración del Indicador

NARANJA INTERMITENTE	CARGANDO
NARANJA	CARGA COMPLETA
ÁZUL DE BAJA INTENSIDAD	MODO SENSIBLE
ÁZUL DE ALTA INTENSIDAD	MODO ADULTOS
LUZ ARCOIRIS	MODO DE PRUEBA UV
MORADA	NIVEL ₁ DE UV
AMARILLA	NIVEL ₂ DE UV
ROJA	NIVEL ₃ DE UV

05/Instrucciones de Operación

Terapia

Presiona el botón de operación para que emita un sonido de pitido y la luz indicadora NARANJA se encenderá. Continúa presionando el botón para seleccionar el modo de trabajo:

1. Modo sensible: Coloca la zona de sanación cerca del área afectada por la picadura, inicia la terapia durante aproximadamente 8 segundos después de escuchar el sonido de pitido, y la terapia finaliza con un sonido de pitido prolongado.

03/Función de las Especificaciones

Modos de Terapia

1. Modo Sensible: Adecuado para niños y personas con piel sensible. INDICADOR: Luz azul de baja intensidad o clara.

2. Modo para Adultos: Adecuado para la mayoría de las personas. INDICADOR: Luz azul de alta intensidad o fuerte.

Modo de prueba Rayos UV

Se ha colocado un orificio de recolección de luz UV en la parte superior del dispositivo. Encienda la luz indicadora de colores arcoiris, enseguida apunte directamente el orificio de recolección hacia la luz del Sol. El resultado de la prueba se mostrará en 2 segundos mostrando el nivel de UV (ir a la ilustración del indicador).

2. Modo para adultos: Coloca la zona de sanación cerca de la picadura de mosquito, inicia la terapia durante aproximadamente 5 segundos después de escuchar el sonido de pitido, y la terapia finaliza con un sonido de pitido prolongado.

(La terapia se puede repetir si es necesario)

Prueba UV

Apunta el orificio de recolección hacia la luz del Sol, luego presiona el botón de operación para que emita un sonido de pitido y la luz indicadora naranja se encenderá. Continúa presionando el botón hasta que la luz indicadora en forma de arcoiris se encienda, y el resultado se mostrará después de 2 segundos:

1. Luz indicadora MORADA + 1 tono de pitido: nivel 1, radiación ultravioleta débil, no se necesita protección.
2. Luz indicadora AMARILLA + 2 pitidos: nivel 2, radiación ultravioleta moderada, se

necesita protección adecuada.

3. Luz indicadora ROJA + 3 pitidos: nivel 3, radiación ultravioleta fuerte, se debe llevar a cabo protección y reducir las actividades al aire libre.

(Los resultados son solo de referencia)

Este aparato no se destina para utilizarse por personas, cuyas capacidades físicas, sensoriales, o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento.

ADVERTENCIA: No utilizar este aparato dentro de tinas de baño, regaderas, lavabos u otros recipientes o contenedores de agua

06/Empaque y Accesorios

Que incluye:

1. Un Sanador de Piquetes
2. Un Cable Cargador Tipo C
3. Un Instructivo de Uso
4. Certificado Aprobado NOM

07/Especificaciones

Dimensiones: 100 x 36 x 22mm

Modelo: MIR-22

Voltaje de Carga: 5V cc

Potencia: 1.8 W

Léase antes de usar.

Fabricado por: Ullwin (Shanghai) Industrial Co., Ltd

País de Origen: China

Importador y Distribuidor en México por: Citisalud, S.A. de C.V.

Ubicado en: Avenida Tezozómoc No. 92, Colonia San Miguel Amantla, C.P 02700, Azcapotzalco, Ciudad de México, México.

Tel. 55 5574 3960 y 800 462 5455